



**Tak for hjælpen! Din hjertestarter har været brugt.**

Med tidlig hjerte-lunge-redning, opkald til 112 og brug af hjertestarter er der givet den bedste mulige hjælp og mulighed for overlevelse.

## Hjertestarteren er IKKE klar til brug

Hjertestarteren skal kontrolleres og eventuelt klargøres med nye støde-elektroder og batterier.

Kontakt producent eller forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis hjertestarteren er tilmeldt på [www.hjertestarter.dk](http://www.hjertestarter.dk) kan regionens AMK-Vagtcentral (112) henvise til den ved hertestop.

Er den ikke allerede tilmeldt – så overvej det gerne, og hjælp med at redde liv.

Se mere information på [www.hjertestarter.dk](http://www.hjertestarter.dk).

### REFUSION AF UDGIFTER TIL NYE STØDE-ELEKTRODER EFTER BRUG AF HJERTESTARTEREN

Hvis Regionens AMK-Vagtcentral har henvist til hjertestarteren, kan udgiften til nye støde-elektroder refunderes. Udfyld alle felter i skemaet herunder og indsend det sammen med fakturaen for nye støde-elektroder til:

**Den Præhospitale Virksomhed**

**Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal – 2750 Ballerup – Att. Hjertestarter**

Hændelsesdato for brugen af hjertestarten	
Hændelsessted for brug af hjertestarteren Skriv adresse og postnummer	
Kontaktperson – navn og telefonnummer	
Bankkonto (registrerings- og kontonummer)	