

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2014 - 2017

Spørgsmål nr.: 028

Dato: 23. august 2013

Stillet af: Kenneth Kristensen Berth (O)

Besvarelse udsendt den: 2. september 2013

Opgang Blok A - 1. sal
Direkte 38665998
Mail Budget14@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Dato: 2. september 2013

Spørgsmål:

Hvordan hænger det sammen, at Region Hovedstaden agter at etablere to nye sterilcentraler, når der på Gentofte Hospital er en spritny sterilcentral - cirka tre år gammel - og kan denne sterilcentral ikke anvendes i stedet for at opføre nye sterilcentraler?

Svar:

Beslutningen om at etablere de to regionale sterilcentraler blev truffet på baggrund af analyser, der konkluderede, at regionen allerede i 2015 årligt vil anvende ca. 787.000 autoklavekurve, som instrumenterne pakkes ned i inden de steriliseres.

Sterilcentralen på Gentofte er oprindeligt dimensioneret til årligt at kunne håndtere 49.000 autoklavekurve. Det er vurderet, at det vil være muligt at øge kapaciteten i sterilcentralen, men slet ikke i et tilstrækkeligt omfang til at dække behovet for hele regionen.

Et andet centralt element i planlægningen af sterilproduktion i Region Hovedstaden har været at sikre forsyningssikkerheden. De planlagte to regionale sterilcentraler vil hver især dække ca. 50 pct. af regionens behov, således at den ene sterilcentral kan afhjælpe det mest akutte behov, i fald der skulle opstå produktionsstop på den anden central.

I det videre arbejde med etablering af de to regionale sterilcentraler indgår de gode erfaringer med den såkaldte plukkerobot i sterilcentralen på Gentofte Hospital. Det er en nyudviklet teknologi, der muliggør automatisk pakning af sterilpakker.