

POLITIKERSPØRGSMAÅL

Dato: 18. september 2018

Spørgsmål nr.: 146-18

Dato: 3. september 2018

Stillet af: Anne Ehrenreich

Besvarelse udsendt den: 18. september 2018

Spørgsmål:

Jeg har gennem pårørende til en alvorligt syg borger erfaret, at Siemens stenknusermaskinen på Hvidovre er i stykker, hvilket er katastrofalt for de borgere, som har brug for den. Har I informeret borgerne om det, herunder hvornår den bliver repareret? Har vi alternative tilbud til borgerne i mellem tiden? Hvad er tidsperspektivet for reparationen? Jeg undrer mig over, at borgerne ikke som standard modtager disse oplysninger på afdelingen, hvor de behandles.

Svar:

Administrationen har indhentet svar fra Hvidovre Hospital.

Hospitalet beklager, at maskinen ikke har været funktionsdygtig.

Hospitalet oplyser, at borgeren har været indkaldt til behandling, hvor maskinen ikke har været funktionsdygtig, hvorefter borgeren har været informeret om apparatbruddet. Maskinen har været repareret og testet efter reparationen hver gang, men har igen været ude af funktion, da patienten skulle modtage behandling, hvilket er beklageligt. Fejlene har været periodevise. Maskinen er repareret igen den 5. september 2018 og skal testes, inden borgeren kan indkaldes til behandling igen.

Der er desværre ikke andre gastroenterologiske afdelinger, som kan tilbyde denne behandling. Tilsvarende maskiner findes på urologiske afdelinger andre steder i regionen til behandling af sten i urinvejene, men der betjenes maskinen af urologer, som ikke har erfaring i at behandle sten i bugspytkirtlen. Der er derfor ikke alternative tilbud for den specifikke behandling indtil maskinen igen er funktionsdygtig.