



REFERAT

Møde i: Ekstraordinært møde i Region Hovedstadens Hjerterestopkomité
Dato: 03-03-2023
Kl.: 12.30-13.30
Sted: Akutberedskabet, 2750 Ballerup
Deltagere: Jonas Egebart, direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab
Klaus Tjelle Kristiansen, overlæge, Amager-Hvidovre hospital
Britt Falskov, Ledende overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler
Carsten Lind, centerchef, CIMT
Jens Rosenberg, overlæge, Rigshospitalet
Trine Mouni Lehmann, implementeringskonsulent, CIMT
Marie Elsborg Hansen, projektleder, CIMT
Fredrik Folke, overlæge og professor, Herlev-Gentofte Hospital
Julie Olsson, konsulent, Akutberedskabet (referent)

Dato: 10. marts 2023

Referat

Carsten Lind, centerchef hos CIMT (center for IT og medicoteknologi) præsenterede baggrund og historikken bag de patientkald, der allerede er monteret på de nye hospitaler (Nordfløjen på Rigshospitalet og Herlev Akuthus). Koncerndirektionen godkendte på baggrund af et udbud i 2016 en ny fælles standard af kritiske alarm-moduler på de nye hospitalsbyggerier (kaldet NI-serien).

Standardfarven på hjertestopknapperne er blå, i henhold til kontrakten med Ascom, der er leverandør af kritiske alarm-moduler. Der er dog mulighed for tilkøb af røde, hvis dette ønskes. Grundet en årelang tradition i Danmark har man i Region Hovedstaden – i forbindelse med udbuddet i 2016 – valgt at tilkøbe farven rød på regionens hjertestopknapper. Herudover fravalgte man i regionen, at der skal være dæksel på knapperne, idet man mente, at løft af et dæksel ville forsinke hastigheden i forhold til aktivering af knapperne.

Siden udbuddet i 2016 har Ascom lanceret en ny serie (NU-serien) af kritiske alarm-moduler, hvilket har betydning for de kommende hospitalsbyggerier i Hvidovre og Nordsjælland samt på Bispebjerg. CIMT ønsker derfor at inddrage Hjerterestopkomitéen i en vurdering af, hvilket design CIMT skal gå i videre dialog med Acom om.

Projektleder fra CIMT Trine Mouni præsenterede på mødet den nye produktserie og det nye sortiment, som der kan vælges blandt.

Hjertestopkomitéen drøftede **farven** på hjertestopknapperne samt hvorvidt, der skal være et **dæksel** på hjertestopknappen:

Farve: Det er kendt, at Region Sjælland har fastholdt de blå hjertestopknapper. Region Hovedstaden drøftede på mødet, hvorvidt hjertestopknapper i Region Hovedstaden også bør være blå, idet mange andre knapper er røde, og at en rød hjertestopknap dermed kan skabe forvirring og give anledning til fejltryk. Dette blev bl.a. drøftet på baggrund af erfaringerne fra Nordfløjen, som har oplevet fejltryk og dermed fejlkald på hospitalet. På baggrund af en faglig vurdering, anbefalede Hjertestopkomitéen, at man fremadrettet benytter en design-serie, der har en blå knap. Bl.a. for at holde det standardiseret – også med Region Sjælland, som Region Hovedstaden også deler mange medarbejdere med. Herudover følger den blå farve også den internationale standard "Code blue", som er den internationale angivelse af en medicinsk nødsituation såsom hjertestop.

CIMT oplyste, at det er muligt at udskifte de *eksisterende* hjertestopknapper til blå, dog med en meromkostning på 2.2 mio. samt ekstra driftsomkostninger om året på ca. 50.000 kroner. Hjertestopkomitéen anbefalede på mødet, at beslutningen om udskiftning af de eksisterende til blå, skal lægges op til de enkelte hospitalsdirektioner.

Det blev aftalt, at CIMT vender tilbage med en ny sagsfremstilling til skriftlig høring i Hjertestopkomitéen, hvor nyt design med blå farve og rød skrift præsenteres.

Dæksel: Hjertestopkomitéen ønskede ikke dæksel generelt (hverken på NI- eller NU-moduler). Hjertestopkomitéen anbefalede CIMT endnu engang at undersøge, om det er muligt at "skrue" på tiden for aktivering af alarm, så knappen skal holdes nede et sted mellem 0 og 3 sekunder. Hvis denne ikke kan sættes ned til fx 2 sekunder, så ønskede komiteen at tiden blev bibeholdt på 3 sekunder.

Næste møde: 8. maj 2023 (ordinært møde)

Sted: Akutberedskabet, Telegrafvej 5, 1. sal, 2750 Ballerup